

	FOMULIR MASUKAN / TANGGAPAN TERHADAP NASKAH ATAU RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
---	---

Judul : Rancangan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Kendali Mutu Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervansional.	
Instansi : PT Tawada Healthcare	Alamat: Infinity Building Jl. Raya Kebayoran Lama No. 338, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11540, Indonesia
Kontak person : Bayu Handiko Jabatan: Manajer Teknis	Telp : 0855 1850 056 Email : bayu@tawadahealthcare.com
Tanggal: 31 Desember 2024	

No .	Pasal	Masukan / Tanggapan	Alasan
1	Pasal 14	Pada ayat 1 dan 2 disebutkan terkait uji kelistrikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Mohon dijelaskan undang2 mana yang dituju. Atau Menghapus parameter uji kelistrikan .	- Pada lampiran parameter tidak disebutkan uji kelistrikan ini uji apa saja. -
2	Pasal 43 ayat 2 huruf (a)	Menghilangkan ketentuan huruf a yakni memiliki salinan sertifikat lulus pelatihan Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X	- Dengan adanya persyaratan ini semakin sulit untuk personil mengikuti ujian sertifikasi, sehingga jumlah PB dan TA semakin susah bertambah, semakin susah bertambah semakin sedikit LUK yang lengkap kompetensinya, semakin sedikit LUK semakin lama pelayanan kendali mutu eksternal ke RS, dan yang terjadi harga uji akan mahal dan RS semakin diberatkan.



**FOMULIR MASUKAN / TANGGAPAN TERHADAP NASKAH ATAU
RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

			- Belum adanya mekanisme yang jelas terkait ujian ulang saat pelatihan. - Bagaimana dengan pelatihan yang diikuti tahun 2024, dinyatakan tidak lulus pelatihan dan belum mengikuti ujian sertifikasi PB. - Dengan ketentuan mengikuti pelatihan dan kelulusan ujian sertifikasi kompetensi PB sudah sangat cukup untuk meyakinkan bahwa personil tersebut layak untuk melakukan pengujian tanpa harus lulus ujian pelatihan - Peraturan lebih baik untuk memperbaiki dan mempercepat suatu proses. Bukan mempersulit layanan.
3	Pasal 44 ayat 1 huruf (b)	- Menghilangkan syarat menjadi PB 3 tahun sebagai syarat untuk menjadi TA	- Semakin lama pemenuhan kebutuhan TA. - Banyak PB yang sudah layak menjadi TA sebelum 3 tahun karena pengalaman menjadi PB, apalagi untuk menjadi TA harus melalui pelatihan.
4	Pasal 44 ayat 2	- Tidak setuju adanya magang dengan kurun waktu 6 bulan	- Semakin susah untuk menjadi PB, masa berlaku sertifikat pelatihan hanya 1 tahun, dan sebelum ujian serkom PB magang 6 bulan, untuk magang ini mekanisme seperti apa, dan bagaimana?.



FOMULIR MASUKAN / TANGGAPAN TERHADAP NASKAH ATAU RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Rangkuman :

- Secara umum saya pribadi menyambut baik rancangan undang undang ini dengan latar belakang kendali mutu ini PENTING untuk memastikan bahwa alat yang digunakan adalah BENAR aman untuk pekerja, masyarakat, dan lingkungan.
- Pemenuhan Jumlah Lembaga Uji Kesesuaian, Pemenuhan Personil Penguji Uji baik PB dan TA harus senantiasa ditingkatkan jumlah dan kompetensinya dan saya pribadi sangat menyoroti perihal syarat berikut ini :
 1. Syarat khusus PB dan TA harus lulus ujian pelatihan
 2. Syarat khusus PB harus magang 6 bulan.

Syarat ini sangat memberatkan kami sebagai pelaku usaha uji kesesuaian. Dan Atas dasar pengalaman mengikuti pelatihan di beberapa lembaga pelatihan mohon syarat haru LULUS dikembalikan menjadi mengikuti pelatihan.

- Benar bahwa jumlah dan kompetensi personil uji ini harus berjalan seimbang, buat apa banyak tapi tidak kompeten hasilnya uji jadi buruk, begitu juga kompeten tapi sedikit pelayanan ke masyarakat bisa terhambat dan mahal. BAPETEN sebagai regulator saya yakin sudah sangat baik dalam proses pemenuhan kompetensi Personil sesuai peraturan sebelumnya.