



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENGADAAN ALAT
Nomor:

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : RIEZA GHUSNUL WALUYAWAN
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satker Deputi Bidang Perijinan dan Inspeksi
2. Nama : KUSBANDONO
Jabatan : Koordinator Inspeksi Safeguards

bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

3. Nama : RIZKIAASNARI ANWAR
Jabatan : Direktur PT EOD Technology

bertindak untuk dan atas nama:

Nama Perusahaan : PT EOD Technology
Alamat : Komp. Ruko Bidex CBD Blok F No. 7 Jl. Pahlawan
Seribu Lengkong Gudang Kota Tangerang Selatan,
Kec. Serpong, Banten, 15310

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** bersama dengan **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan terhadap **Pengadaan Flir R-700 Backpack** yang diterima oleh **PIHAK PERTAMA** di **Ruang Rapat Lantai 4 Gedung B BAPETEN**. Dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil:

1. Kelengkapan alat sudah sesuai meliputi: 2 buah Tripod, 1 buah Identifinder R-700, 1 buah Ransel Backpack, dan 1 buah Samsung Galaxy Tab.
2. Aplikasi yang terdapat dalam *playstore* untuk sistem operasi android belum memiliki fitur yang lengkap sehingga uji coba harus dilakukan melalui sistem operasi iOS.
3. Pengaturan kalibrasi dari alat statusnya masih dalam kondisi *off*, sehingga alat tidak dapat mengidentifikasi sumber standar yang diuji.



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency

Dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa:

1. Pengoperasian harus menggunakan piranti antarmuka dengan sistem operasi berbasis iOS untuk mendapatkan fitur yang lengkap.
2. Peralatan harus dikembalikan ke pabrik untuk dilakukan perbaikan kalibrasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari dan tanggal di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Rizkia Asnari Anwar
Direktur PT EOD Technology

PIHAK PERTAMA

Kusbandono
NIP. 198202102006041003

Rieza Ghusnul Waluyawan
NIP. 198409162006041002



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENGADAAN ALAT

Nomor:

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : RIEZA GHUSNUL WALUYAWAN
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satker Deputi Bidang Perijinan dan Inspeksi
2. Nama : KUSBANDONO
Jabatan : Koordinator Inspeksi Safeguards

bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

3. Nama : RIZKIAASNARI ANWAR
Jabatan : Direktur PT EOD Technology

bertindak untuk dan atas nama:

Nama Perusahaan : PT EOD Technology
Alamat : Komp. Ruko Bidex CBD Blok F No. 7 Jl. Pahlawan
Seribu Lengkong Gudang Kota Tangerang Selatan,
Kec. Serpong, Banten, 15310

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** bersama dengan **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan terhadap **Pengadaan Flir R-700 Backpack** yang diterima oleh **PIHAK PERTAMA** di **Ruang Rapat Lantai 4 Gedung B BAPETEN**. Dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil:

1. Kelengkapan alat sudah sesuai meliputi: 2 buah Tripod, 1 buah Identifinder R-700, 1 buah Ransel Backpack, dan 1 buah Samsung Galaxy Tab.
2. Aplikasi yang terdapat dalam *playstore* untuk sistem operasi android belum memiliki fitur yang lengkap sehingga uji coba harus dilakukan melalui sistem operasi iOS.
3. Pengaturan kalibrasi dari alat statusnya masih dalam kondisi *off*, sehingga alat tidak dapat mengidentifikasi sumber standar yang diuji.



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency

Dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa:

1. Pengoperasian harus menggunakan piranti antarmuka dengan sistem operasi berbasis iOS untuk mendapatkan fitur yang lengkap.
2. Peralatan harus dikembalikan ke pabrikan untuk dilakukan perbaikan kalibrasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari dan tanggal di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Rizkia Asnari Anwar
Direktur PT EOD Technology

PIHAK PERTAMA

Kusbandono
NIP. 198202102006041003

Rieza Ghusnul Waluyawan
NIP. 198409162006041002